RMMG Rede Metrológica de Minas Gerais	LISTA DE SERVIÇOS RECONHECIDOS ABNT NBR ISO/IEC 17025 – ENSAIO	FORMULÁRIO Nº F025	REV. Nº 04
		REVISADO EM: 13/01/2017	PÁGINA 1 / 2

PRC Nº 555.01	Escopo (Tipo/Área de atividade) Ensaio / Meio Ambiente

Dados Cadastrais		
Organização TETRA LIMA TECNOLOGIA EM TRATAMENTO DE ÁGUA LTDA		
Laboratório TETRA LIMA TECNOLOGIA		
CNPJ 22.397.560/0001-64	Inscrição Estadual 0025.537.020.009	Inscrição Municipal 85052015
Gerente da Qualidade Thalyta Russo Monteiro Messias	(DDD) Telefone (31) 3689-0258	email qualidade@tetratecnologia.com.br
Gerente Técnico Júlio Cesar de Paula Lima	(DDD) Telefone (31) 3681-0258	email juliolima@diclorina.com.br
Página da Web www.tetratecnologia.com.br		

Signatários Autorizados: Cláudio da Costa Carvalho Matheus de Carvalho Paula Lima	Endereço Completo: Avenida São Sebastião, 900 Estância das Aroeiras - Lagoa Santa - MG CEP: 33.400-000	Reconhecimento original: 21.12.2017
		Última revisão do escopo: 27.02.2019
		Emissão Atual: 26/02/2019
		Validade: 20.12.2019

Nº	Produto	Descrição do ensaio (realizados no endereço acima)	Norma e/ou procedimento
01	Água e efluentes	Determinação de Sólidos Suspensos Totais LQ = 15,44 mg/L	SMWW, Method 2540 B
02		Determinação de Sólidos Sedimentáveis LQ = 0,96 mL/L	SMWW, Method 2540 F
03		Determinação da Demanda Bioquímica de Oxigênio LQ = 1,33 mg/L	Método WINKLER
04		Determinação de Óleos e Graxas LQ = 1,67 mg/L	SMWW, Method 5520 B
05		Determinação da Demanda Química de Oxigênio LQ = 47,41 mg/L	USEPA, Method 8000
06		Determinação de Ferro Total LQ = 0,24 mg/L	USEPA, Method 8008
07		Determinação de Condutividade LQ = 21,67 µS/cm	SMWW, Method 2510 B
08		Determinação de Turbidez LQ = 3,00 NTU	EPA, Method 180.1
09		Determinação de Cloro Residual livre LQ = 0,20 mg/L	USEPA, Method 8021
10		Determinação de Manganês Total LQ = 0,1 mg/L	USEPA, Method 8034
11		Determinação de Nitrogênio Total LQ = 1,59 mg/L	Persulfate Digestion Method 10071
12		Determinação de Fósforo Total LQ = 0,05 mg/L	USEPA, Method 8190
13		Determinação de Cor aparente LQ = 15 Hazen	APHA D1209-00
14		Determinação de Oxigênio dissolvido LQ = 2,88 mg/L	HRDO, Method 8166

ESTE DOCUMENTO SOMENTE É VÁLIDO COMO EVIDÊNCIA DE RECONHECIMENTO DE COMPETÊNCIA, QUANDO VISUALIZADO NA PÁGINA DA RMMG.

Nº	Produto	Descrição do ensaio (realizados no endereço acima)	Norma e/ou procedimento
15	Água e efluentes	Determinação de Odor LQ = 0,79 TON	SMWW, Method 2150 B
16		Determinação de Sabor LQ = 0,43 FTN	SMWW, Method 2160 B
17		Determinação de pH LQ = 0,4	SMWW, Method 4500 H^+ B
18		Determinação de Temperatura LQ = 2,18 ºC	SMWW, Method 2550 B
19		Determinação de Coliformes totais LQ = N.A (Presença/Ausência)	SMWW, Method 9223 B
20		Determinação de Escherichia Coli LQ = N.A (Presença/Ausência)	SMWW, Method 9223 B